

Số: 237/TM-TTYT
V/v chào giá Trang thiết bị y tế

Phú Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 1764/SYT-KHTC, ngày 26/7/2023 của Sở Y tế Quảng Nam về một số lưu ý chuẩn bị hồ sơ trình dự toán mua sắm, sửa chữa nguồn ngân sách năm 2024.

Trung tâm y tế huyện Phú Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm căn cứ trình hồ sơ đề nghị Sở Y tế Quảng Nam mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Phú Ninh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm y tế huyện Phú Ninh.**

Địa chỉ: 09 Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Đoàn Thị Tuyết Mai - KHOA DƯỢC-TTB-VTYT-TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ NINH.

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0972.039039

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ hoặc qua đường bưu điện: KHOA DƯỢC-TTB-VTYT - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ NINH, Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0972.039039 (Ds. Đoàn Thị Tuyết Mai).

Nhận qua email: khoaduocctytpn@gmail.com (File mềm và Scan bảng mô tả cấu hình kỹ thuật và Catalog sản phẩm).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11h00 ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến trước 15h00 ngày 23 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát	Mô tả cụ thể tại phụ lục 1 đính kèm theo	01	Cái
2	Máy siêu âm chuyên tim mạch		01	Cái

3	Hệ thống chuyển đổi X-quang KTS DR (Dùng in phim nha khoa)	01	HT
4	Máy sắc thuốc 24 âm	02	Cái
5	Máy điều trị xung điện	03	Cái
6	Máy siêu âm trị liệu	02	Cái
7	Hệ thống kéo dẫn cột sống	02	HT
8	Máy sóng ngắn trị liệu	02	Cái
9	Xe đạp gắng sức	01	Cái
10	Giường nâng điện điều trị đa chức năng	03	Cái
11	Nồi đun Parafin	01	Cái
12	Hệ thống máy sắc thuốc	01	HT
13	Máy xét nghiệm sinh hóa	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế

Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm y tế huyện Phú Ninh địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: các nhà cung cấp nêu phương án đính kèm báo giá.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

Báo giá phải thể hiện rõ giá trị thuế gia trị gia tăng của hàng hóa, thiết bị.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- + Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị
- + Bản mô tả cấu hình cơ bản và thông số kỹ thuật chi tiết của từng thiết bị phù hợp với yêu cầu (bản mềm gửi vào email).
- + Catalog thiết bị phù hợp với yêu cầu (bản cứng+bản mềm).
- + Kê khai giá (nếu có).

Ghi chú:

+ Ghi chú: Báo giá gồm 03 bản gốc được niêm phong và phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ "Thư chào giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm y tế huyện Phú Ninh"

+ Mẫu Báo giá được đính kèm theo phụ lục 2, các đơn vị gửi sai mẫu báo giá này được xem như không hợp lệ và không được xét duyệt.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./.

(Yêu cầu báo giá này thay thế yêu cầu báo giá Số 211/TM-TTYP phát hành ngày 25/9/2023 của Trung tâm y tế huyện Phú Ninh)

Nơi nhận:

- Như phần k/g;
- Lưu VT, Dược-TTB-VTYP.



Phan Đình Mỹ



PHỤ LỤC I

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 237/TM-TTYT ngày 12 tháng 10 năm 2023
của Trung tâm y tế huyện Phú Ninh)

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
I	MÁY XQUANG KTS ĐỒNG BỘ	Cái	01
1	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2023 trở về sau. - Tình trạng thiết bị: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC, ISO 13485, ISO 9001 - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: • Nhiệt độ tối đa: $\geq 40^{\circ}\text{C}$ • Độ ẩm tối đa: $\geq 85\%$ - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. - Cam kết thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót... kể từ khi nhận được yêu cầu của người sử dụng ≤ 48 giờ - Cam kết bảo trì thiết bị trong thời gian bảo hành ≥ 02 lần/năm. - Cam kết cung cấp vật tư, thiết bị những phần hay hư hỏng cần thay thế sửa chữa ≥ 8 năm.		
2	Cấu hình thiết bị gồm: Máy chụp x quang, Tấm cảm biến phẳng, phần mềm có chứng nhận lưu hành sản phẩm CE hoặc FDA. Cấu hình cung cấp gồm: 2.1. Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần: 01 cái 2.2. Bàn bệnh nhân cố định, mặt bàn di chuyển ≥ 4 hướng: 01 cái 2.3. Giá chụp phổi bao gồm Bucky: 01 cái 2.4. Cột bóng gắn sàn tường: 01 cái 2.5. Bóng phát tia X: 01 cái 2.6. Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 cái 2.7. Tấm cảm biến phẳng: 02 tấm 2.8. Trạm điều khiển và thu ảnh số hóa: 01 bộ 2.9. Tủ phụ tùng, phụ kiện kèm theo để thiết bị hoạt động ngay sau khi lắp đặt, nghiệm thu. 2.10. Thiết bị phụ trợ (mua tại Việt Nam): Máy in phim khô: 01 cái; Bộ lưu điện ≥ 2 kVA: 01 cái; Hộp phim thử máy: 02 hộp 2.11. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ		
3	Đặc tính thông số kỹ thuật		

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
	3.1. Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần -Công suất danh nghĩa ≥ 50 kW -Điện áp chụp ≥ 150 kV -Dòng chụp ≥ 600 mA -Thông số mAs ≥ 800 mAs -Thời gian chụp $\leq 0,001$ giây - ≥ 8 giây -Lựa chọn kỹ thuật chụp 3 điểm (kV, mA, ms) và 2 điểm (kV, mAs). Có lựa chọn kỹ thuật chụp (chụp tổng quát, chụp trên bàn, chụp giá chụp phổi). Có lựa chọn vị trí chụp, hướng chụp, bộ phận chụp, chương trình chụp nhanh.		
	3.2. Bàn bệnh nhân -Loại bàn có điều khiển chuyển động bằng điện, mặt bàn bệnh nhân điều khiển ≥ 4 hướng, có phanh điện từ. -Tải trọng của mặt bàn ≥ 250 kg -Kích thước mặt bàn (dài x rộng) ≥ 2200 mm x 800 mm		
	3.3. Giá chụp phổi -Hệ thống phanh điện từ -Chiều cao cột ≥ 1800 mm		
	3.4. Cột bóng -Khoảng dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 1300 mm -Dải quay của bóng quanh cánh đỡ bóng $\geq \pm 135^\circ$, dừng tại -90° , 0° , $+90^\circ$ -Có phanh điện từ		
	3.5. Bóng phát tia X -Điện thế bóng tối đa ≥ 150 kV -2 tiêu điểm; $\leq 0,6$ mm và $\leq 1,2$ mm -Trữ lượng nhiệt anode ≥ 230 KHU -Trữ lượng nhiệt khối đầu bóng ≥ 900 kJ -Góc đích anode $\leq 12^\circ$		
	3.6. Bộ chuẩn trực chùm tia -Trường chuẩn trực tối đa tại khoảng cách SID = 100 cm: ≥ 43 x 43 cm -Số lượng tấm chắn ≥ 04 cặp, ≥ 2 lớp -Suy hao tương đương $\geq 1,2$ mm Al		
	3.7. Tấm cảm biến phẳng -Tấm nhận ảnh với lớp phát quang Cesium Iode (Csi) -Kích thước khu vực ảnh ≥ 42 x 34,5 cm -Độ phân giải $\geq 3,3$ lp/mm -Ma trận điểm ảnh ≥ 2304 x 2800 pixels -Kích thước điểm ảnh ≤ 150 μ m -Thời gian hiển thị ảnh ≤ 3 giây		

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
	3.8. Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá -Máy tính; Chuột, bàn phím -Màn hình cảm ứng ≥ 21 inch -Phần mềm bao gồm: + Thu nhận ảnh, xử lý ảnh, lưu trữ ảnh DICOM, Email, có tính năng gửi ảnh hệ thống PACS, bệnh án điện tử + In ảnh DICOM + Xem ảnh chẩn đoán + Điều khiển phát tia + Chuẩn giao tiếp DICOM 3.0		
	3.9. Máy in phim khô (máy in rời) -Công suất in: ≥ 65 phim/giờ cỡ (14 x17 inch hay 35x43 cm) -Thời gian in phim đầu tiên: ≤ 100 giây -Số khay gắn sẵn ≥ 02 khay		
II	MÁY SIÊU ÂM CHUYÊN TIM MẠCH	Cái	01
1	Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Tình trạng thiết bị: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng EC, ISO 13485, ISO 9001 - Nguồn điện sử dụng: 220V/ 50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: 40°C + Độ ẩm tối đa: 75% - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng - Cam kết thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót... kể từ khi nhận được yêu cầu của người sử dụng ≤ 48 giờ. - Cam kết bảo trì thiết bị trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. - Cam kết cung cấp vật tư, thiết bị những phần hay hư hỏng cần thay thế sửa chữa ≥ 8 năm		
2	Cấu hình thiết bị gồm - Máy chính: 01 máy - Các phụ kiện đi kèm máy chính bao gồm: + Màn hình chính ≥ 21.5 inch: 01 cái + Màn hình phụ điều khiển Menu ≥ 10 inch: 01 cái + Phần mềm DICOM 3.0, hỗ trợ kết nối HIS: 01 bộ + Bộ xuất tín hiệu Video hỗ trợ máy in ngoài: 01 bộ + Bộ thu tín hiệu vật lý điện tim: 01 bộ - Bộ phần mềm kèm máy bao gồm: + Phần mềm siêu âm chuyên tim: 01 bộ + Phần mềm siêu âm bụng tổng quát, thận, tiết niệu, vú, tuyến giáp, phần nhỏ, mạch máu, mạch ngoại vi: 01 bộ + Phần mềm mở rộng ảnh siêu âm toàn màn hình: 01 bộ + Phần mềm siêu âm mạch máu dòng chảy: 01 bộ + Phần mềm chức năng đo góc tự do ở Mode M: 01 bộ + Phần mềm siêu âm phân tích Doppler mô: 01 bộ		